



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CONTROLLI IN MATRICE SALIVARE PER CORTISOLO E CORTISONE – LIVELLI 1, 2 e 3

Cod. LC91119

OBIETTIVO

Questi controlli in matrice salivare sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti.

STOCCAGGIO E STABILITA'

Una volta aperta la vial, prelevarne il volume necessario, richiuderla con il reagente non utilizzato e

conservare a  -25 °C . Stabile 6 mesi. Non usarlo dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questi controlli devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

LOT		

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- LC91119 CONTROLLI IN MATRICE SALIVARE PER CORTISOLO/CORTISONE – LIVELLI 1, 2 e 3
3 x 5 x 3 ml

N° 003	06/2024
--------	---------

CONCENTRAZIONI
COD. LC91119

		

Analita	UNITA' DI MISURA	L1	RANGE	L2	RANGE	L3	RANGE
CORTISOLO	ng/ml						
CORTISONE	ng/ml						

*Le procedure di produzione e validazione/controllo qualità del singolo lotto sono condotte utilizzando il metodo cromatografico LC/MS/MS validato secondo le linee guida internazionali della Food and Drug Administration (FDA-May 2001) e dell'International Conference of Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use (ICH-Q2-R1- Nov 2005). Il valore medio e la deviazione standard indicati sono stati ottenuti in fase di validazione del lotto processando quattro flaconi per livello in doppio.

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.

CE

FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION
Via M. D'Antona 28
60033 Chiaravalle (AN) - Italy
Tel +39 071 7450790
eureka-support@sentinel.it
www.eurekakit.com