



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CALIBRATORE LIOFILO PLASMATICO PER ACIDI GRASSI

Cod. GC75016
DA USARE CON IL KIT CODICE GC75010

OBIETTIVO

Questi calibratori plasmatici sono usati per calibrare il sistema GC nella determinazione quantitativa dell'analita in essi contenuto. Ogni analita ha una concentrazione tale da permettere la costruzione di una curva di calibrazione su un punto. Questi calibratori liofilizzati sono in matrice umana e devono essere manipolati come se fossero un campione di paziente vero e proprio.

RICOSTITUZIONE

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 1 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I calibratori sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a 2-8 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 1 mese a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questi calibratori in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

		
018	Nov 2022	Nov 2025

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

GC75016 CALIBRATORE PLASMATICO PER ACIDI GRASSI

4 x 1 ml

Release N° 003	Maggio 2019
-----------------------	--------------------

CONCENTRAZIONI

COD.

GC75016

		
018	Nov 2022	Nov 2025

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE
ACIDO Gamma-LINOLEICO	mg/l	2,1
ACIDO alfa-LINOLEICO	mg/l	2,6
ACIDO DIOMOGAMMALINOLEICO	mg/l	15,2
ACIDO ARACHIDONICO	mg/l	88,7
ACIDO EICOSAPENTAENOICO	mg/l	12,6
DHA	mg/l	14,8
ACIDO MIRISTICO	mg/l	5,6
ACIDO PALMITICO	mg/l	176,7
ACIDO PALMITOLEICO	mg/l	6,0
ACIDO STEARICO	mg/l	102,2
ACIDO ELAIDICO	mg/l	5,3
ACIDO OLEICO	mg/l	119,9
ACIDO LINOLELAIDICO	mg/l	9,1
ACIDO LINOLEICO	mg/l	144,0

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY

produced by



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =
= ISO 13485 =

EUREKA srl – LAB DIVISION ,
Via Enrico Fermi 25, 60033 Chiaravalle (AN) ITALY
Tel. + 39 071 74 50 790
Fax. + 39 071 74 96 579
info@eurekaone.com
www.eurekakit.com



Release N° 003

Maggio 2019